





دانشکده پرستاری و مامایی




"بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از ماسکها در پاندمی ویروس کرونا"

ژورنال کلاب محتوایی پرستاری به صورت مجازی
<https://t.me/nursesandcovid>


۱۲ فروردین ۹۹



Covid 19



Face mask





Journal Watch (First Panel) :

پاسخ به سوالات و شواهد مبتنی بر پژوهش

سوالات

- ۱- ماسک‌های تنفسی چند نوع هستند و هر کدام از آنها چه کاربردی دارند؟
- ۲- رسیپراتورها و ماسک‌های تنفسی چه کاربردی دارند؟
- ۳- تفاوت رسیپراتور N95 با ماسک‌های جراحی چیست؟
- ۴- تفاوت رسیپراتور N95 و FFP2 چیست؟
- ۵- در ماسک‌های سه لایه رنگی، کدام رنگ باید بیرون قرار بگیرد؟
- ۶- ماسک‌های کاغذی و پارچه‌ای برای پیشگیری از چه نوع آلودگی موثر هستند؟
- ۷- تست انطباق در رسیپراتورها چگونه انجام باید بگیرد؟
- ۸- چه عواملی مانع از فیت کامل رسیپراتورها می‌شود؟
- ۹- لایه‌های ماسک‌های جراحی از جنس چیست؟
- ۱۰- لایه‌های تشکیل دهنده ماسک N95 چیست؟ این لایه‌ها چه کاربردی دارند؟
- ۱۱- ماسک‌ها و رسیپراتورهای ساخته شده در ایران چه استانداردهایی باید داشته باشند؟ چگونه باید ماسک فیک و اصل را تشخیص داد؟
- ۱۲- تفاوت سوپاپ با فیلتر در رسیپراتورها چیست؟
- ۱۳- آیا این موضوع درست است که بیماران از ماسک فیلتردار نباید استفاده کنند؟
- ۱۴- آیا امکان تمیز و ضدعفونی کردن رسیپراتورها با اشعه، مواد شیمیایی، گندزدا، امواج میکروویو و یا اتوکلاو وجود دارد؟

دبیر علمی ژورنال کلاب: دکتر وحید زمان زاده (استاد)

اعضای پانل: دکتر محمد خواجه گودری (دکترای پرستاری)، دکتر الناز اصغری (استادیار)، فرزانه باقریه (دانشجو دکترای پرستاری)

جمع بندی مستندات و بحث‌ها: فرزانه باقریه (دانشجو دکترای پرستاری)

طراحی و تنظیم: تکتم کیانیان (دانشجو دکترای پرستاری)

ماسک‌های تنفسی چند نوع هستند؟ هر کدام از آنها چه کاربردی دارند؟



در زبان انگلیسی دو کلمه respirator و mask وجود دارد که در زبان فارسی هر دو ماسک ترجمه شده است. منظور از respirator ها ماسک های فیلتر دار است. برخی از تفاوت های مهم در جدول زیر اشاره شده است:

ماسک	رئسپراتور	
ماسک‌ها به عنوان مانع در برابر قطرات تنفسی از طریق عطسه و سرفه هستند.	رئسپراتورها سیستم تنفسی را از قرار گرفتن در معرض آئروسول‌های بیولوژیکی مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها محافظت می‌کند.	هدف
ماسک‌ها به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که محکم به صورت فرد بچسبند.	رئسپراتورها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که کاملاً در صورت فرد چسبیده می‌شود و افراد باید از مدل و اندازه مناسب استفاده کنند.	انطباق با صورت
ماسک‌ها، به طور موثر ذرات کوچک هوا را فیلتر نمی‌کنند.	رئسپراتورها قدرت فیلتر کردن هوای تنفسی را دارند. حداقل فیلتراسیون رئسپراتورها ۹۵ درصد است.	فیلتراسیون

رسیپراتورها و ماسک‌های تنفسی چه کاربردی دارند؟



رسیپراتورها:

رسیپراتورها به منظور پوشش دهی کامل صورت طراحی شده است و کامل به صورت می‌چسبند. بنابراین با امنیت بیشتر روی صورت و پوست قرار می‌گیرد. آنها قادر هستند هوای تنفسی شده و یا به عبارت دیگر ذرات موجود در هوا را فیلتر کنند.

نکات بسیار مهم:


- ✓ این ماسک‌ها دارای سوپاپ و فیلتر هستند. **بعضا تصور می‌شود که سوپاپ همان فیلتر است.** اما سوپاپ شیر بازدمی است که هنگام دم بسته و هنگام بازدم باز می‌شود.
- ✓ کار سوپاپ خروج راحت‌تر هوای بازدمی است که سبب کاهش تجمع هوای بازدمی و رطوبت در هوای ناحیه تنفسی می‌شود. بنابراین هوای بازدم بدون فیلتر شدن از طریق سوپاپ خارج می‌شود.
- ✓ در صورت نقص در سوپاپ آلودگی بدون عبور از فیلتر ماسک وارد ناحیه تنفسی شده و سلامت فرد را به خطر می‌اندازد بنابراین باید دقت کرد سوپاپ ماسک‌ها تغییر شکل نداده باشند و لایه ژلاتینی یا لاستیکی آنها سالم باشد.

رسیپراتورها و ماسک‌های تنفسی چه کاربردی دارند؟



رسیپراتورهای (FFP (Filtering Face Piece

مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 80 درصد	FFP1
مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 94 درصد	FFP2
مناسب برای ذرات بزرگتر از 0.3 میکرون با فیلتراسیون 99 درصد	FFP3



رسیپراتورها و ماسک‌های تنفسی چه کاربردی دارند؟



رسیپراتورهای N ، R و P که با استانداردهای *NIOSH طبقه‌بندی شده‌اند:

رسیپراتورهای N (non-resistant to oil)

مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۵ درصد - غیر مقاوم نسبت به روغن	N95
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹ درصد - غیر مقاوم نسبت به روغن	N99
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹/۹۷ درصد - غیر مقاوم نسبت به روغن	N100

رسیپراتورهای R (resistant to oil)

مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۵ درصد - مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر ۸ ساعت	R95
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹ درصد - مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر ۸ ساعت	R99
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹/۹۷ درصد - مقاوم نسبت به روغن تا حداکثر ۸ ساعت	R100

رسیپراتورهای P (oil proof)

مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۵ درصد - به شدت مقاوم نسبت به روغن	P95
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹ درصد - به شدت مقاوم نسبت به روغن	P99
مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۹/۹۷ درصد - به شدت مقاوم نسبت به روغن	P100

* انستیتوی ملی سلامت و ایمنی کار آمریکا (Occupational Safety and Health)

رئسپراتورها و ماسک‌های تنفسی چه کاربردی دارند؟



ماسک‌ها:

ماسک‌های پزشکی / طبی / جراحی

این ماسک‌ها سه لایه هستند لایه بیرونی مسدود کننده آب برای جلوگیری از ورود قطرات به ماسک است. لایه میانی فیلتر است. لایه داخلی جذب کننده رطوبت حاصل از هوای تنفسی است.



ماسک‌های معمولی دولایه

محافظت یک طرفه برای جلوگیری از خروج مایعات بدن و ورود آنها به هوا می‌باشد و برای جلوگیری از ورود ذرات تنفسی ناشی از سرفه و عطسه طراحی شده‌اند.



ماسک‌های کربن دار یا کربن اکتیو

در این ماسک‌ها لایه‌هایی از کربن فعال شده وجود دارد که در مقابل گازها و بخارات حفاظت ایجاد می‌کند و باعث می‌شود بوی آلودگی‌ها و گازهای مضر هوا به داخل ماسک نفوذ نکند.

تفاوت رسپراتور N 95 با ماسک‌های جراحی چیست؟



ماسک‌های جراحی ذرات کوچک موجود در هوا را مانند رسپراتورها به طور موثر فیلتر نمی‌کنند و از نشتی ناشی از لبه‌های ماسک، هنگام نفس کشیدن کاربران جلوگیری نمی‌کنند. به عبارت دیگر رسپراتور N 95 با امنیت بیشتری روی صورت و پوست قرار می‌گیرد و قادر است ذرات موجود در هوا به طور موثر فیلتر کند.

تفاوت رسپراتور N95 و ماسک جراحی

ماسک‌های جراحی	رسپراتور N95	کاربرد
فقط ترشحات و قطرات بزرگ منشر شده را فیلتر می‌کنند (ذرات کوچک معلق در هوا را ۱۱ به مانند رسپراتورهای N95 فیلتر نمی‌کنند)	مناسب برای ذرات بزرگتر از ۰/۳ میکرون با فیلتراسیون ۹۵ درصد	
غیر چسبان (loose fit) - نیاز به آزمون انطباق ندارد	چسبان (tight fit) - نیاز به آزمون انطباق دارد	نیاز به انطباق صورت

تفاوت رسپراتور N 95 و FFP 2 چیست؟



رسپراتورهای N95 حداقل ۹۵ درصد ذرات معلق با اندازه ۰/۳ میکرون را حذف می‌کند.

ماسک‌های FFP2 از نظر حفاظتی حداقل ۹۴ درصد ذرات معلق را حذف می‌کند.

ماسک‌های N95 در برابر مواد روغنی مقاوم نمی‌باشند اما ماسک‌های FFP2 مقاوم می‌باشند.

FFP2	رسپراتور N95	
حذف ۹۴ درصد از ذرات معلق	حذف ۹۵ درصد ذرات با اندازه بزرگتر از ۰/۳ میکرون	کاربرد
چسبان (tight fit) - نیاز به آزمون انطباق دارد	چسبان (tight fit) - نیاز به آزمون انطباق دارد	نیاز به انطباق صورت

✓ نکته: رسپراتور N95 و ماسک‌های FFP2 بر اساس اندازه ذره ۳۰۰ نانومتر یا ۰/۳ میکرون طبقه بندی شده اند. چون این اندازه بیشترین نفوذ را دارد ولی این بدین معنی نیست که نتوانند ذرات کوچکتر از ۰/۳ میکرون را حذف کنند.

در ماسک‌های سه لایه رنگی، کدام رنگ باید بیرون قرار بگیرد؟



بر اساس WHO فقط لایه رنگی ماسک باید رو به خارج باشد.

لایه خارجی هیدرو فوب می‌باشد؛ این لایه موظف به عدم جذب هر نوع رطوبت از محیط و به تبع آن آلودگی‌های اطراف و ترشحات تنفسی بیماران اطراف است.

لایه داخلی سفید است که باید در طرف داخل و سمت صورت باشد، این لایه جاذب رطوبت ناحیه تنفسی فردی است که از ماسک استفاده می‌کند.



ماسکهای کاغذی و پارچه‌ای برای پیشگیری از چه نوع
آلودگی موثر هستند؟



این ماسکها قدرت حفاظت در برابر ویروس و باکتریها را ایجاد نمی‌کنند. بنابراین بر
استفاده از این ماسکها توصیه‌ای نمی‌شود.





تست انطباق در ریسپراتورها چطور انجام باید بگیرد؟

تست استاندارد برای فیت بودن در دستورالعملها به شکل دم و بازدم عمیق و توجه به متورم شدن در طی بازدم و کشیده شدن ریسپراتور به داخل در طی دم می باشد. به عبارت دیگر با بازدم سریع، فشار مثبت در داخل ریسپراتور ایجاد می شود و با دم عمیق، فشار منفی ایجاد شده و ریسپراتور به صورت فرد می چسبد. از این رو می توان به این نتیجه دست یافت که نشتی وجود ندارد و ریسپراتور کاملاً در صورت فیت است.



چه عواملی مانع از فیت کامل رسیپراتورها می شود؟



فیت رسیپراتورها روی صورت به عوامل مختلفی بستگی دارد. از جمله استفاده از ماسکهای جراحی یا گاز در زیر رسیپراتورها مانع از فیت آن بر روی صورت می شود.

رسیپراتورها، جزء ماسکهای چسبان یا فشار منفی طبقه بندی می شوند و باید به صورت کامل بر روی صورت کیپ باشند.

در محل تماس لبه های ماسک با صورت نباید هیچ مانعی (مثل ریش، ته ریش، سیل و خال) وجود داشته باشد، در غیر این صورت هوای آلوده از لبه های ماسک به داخل ناحیه تنفسی وارد می شود.


✓ **نکته مهم:** برخی از همکاران از چسب های ضد حساسیت قبل از استفاده از رسیپراتور N95 روی بینی و گونه که محل فیکس ماسک است استفاده می کنند. باید دقت شود که این عوامل مانع از فیت ماسک نگردد وگرنه کارایی رسیپراتورها کاهش می یابد.




لایه‌های ماسک های جراحی از جنس چیست؟



ماسک‌های جراحی سه‌لایه دارند. لایه داخلی و خارجی از جنس اسپان باند (Spunbond) هستند و لایه میانی که نقش فیلتر دارد از جنس ملت بلون است.



لایه‌های تشکیل دهنده ماسک N95 چیست؟ این لایه‌ها چه کاربردی دارند؟



به ترتیب از داخل به خارج شامل:

- اسپان باند
- ملت بلون
- کرین
- اسپان باند

اسپان باندها از جنس پلی پروپلین هستند و ویژگی‌هایی چون آب دوست یا آب‌گریز بودن و خاصیت آنتی باکتریال بودن را دارند. برای همین لایه داخلی ماسک که جذب‌کننده رطوبت تنفسی است، از جنس اسپان باندهای آبدوست و لایه خارجی که نقش جلوگیری از ورود قطرات به ماسک را دارد از جنس اسپان باندهای آب‌گریز است.

ملت بلون با توجه به منافذ خیلی کوچک، قدرت نفوذ ناپذیری بسیار بالا در برابر مایعات دارد که در تهیه ریسپراتورها و ماسک‌ها از آن به عنوان فیلتر استفاده می‌کنند.

همچنین پارچه‌های اسپان باند می‌تواند به صورت چند لایه نیز باشند. اسپان باند یک لایه را S و اسپان باند دو لایه و سه لایه را به ترتیب 2S و 3S می‌نامند. معمولاً در اسپان باند سه لایه، لایه وسط را از جنس ملت بلون تولید می‌کنند.



"بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از ماسکها در پاندمی ویروس کرونا"

ماسکها و رسیپراتورهای ساخته شده در ایران چه استانداردهایی باید داشته باشند؟ چطور باید ماسک فیک و اصل را تشخیص داد؟



ماسکهای تولید شده در داخل ایران حتما باید استاندارد تایید شده مترادف با استانداردهای اتحادیه اروپا (EN) یا مرکز کنترل ایمنی و سلامت مشاغل امریکا (NIOSH) یا (CE) را داشته باشند.





تفاوت سوپاپ با فیلتر در رسپراتورها چیست؟

خود ماسک کار فیلتر را انجام می دهد. در واقع فیلتر یکی از لایه های ماسک است. سوپاپ قسمت گرد پلاستیکی است که در قسمت بیرونی ماسک قرار دارد. سوپاپ به خروج هوای بازدمی و پیشگیری از ورود هوا در طی دم کمک می کند. در ضمن سوپاپ باعث کاهش رطوبت در داخل ماسک می شود.



آیا این موضوع درست است که بیماران از ماسک فیلتردار
نباید استفاده کنند؟



استفاده از ماسکهای فیلتردار داری سوپاپ منجر به **خروج هوای بازدمی آلوده** بیمار می شود . بنابراین **استفاده از آنها توسط بیمار ایمن نیست** و منجر به آلودگی افراد دیگر می شود. در پانل های بعدی این موضوع بحث خواهد شد.



آیا امکان تمیز و ضدعفونی کردن رسیپراتورها با اشعه، مواد شیمیایی، گندزدا، امواج میکروویو و یا اتوکلاو وجود دارد؟



ماسکها را از طریق شستشو توسط آب یا detergent ها یا محلول ضدعفونی مثل الکل **نمی‌توان ضدعفونی کرد**. زیرا این کار باعث باز شدن منافذ موجود در ماسک شده و نفوذپذیری ماسک را افزایش می‌دهد. همچنین منجر به تغییر ساختار فیزیکی ماسک شده که در این صورت ماسک تاثیر گذاری خود را از دست می‌دهد. این کار حتی می‌تواند منجر به آلودگی شدید گردد. در مطالعات به استفاده از اشعه UV اشاره شده است که در پانلهای بعدی این ژورنال کلاب مورد بحث قرار خواهند گرفت.



شواهد مبتنی بر پژوهش در خصوص اثربخشی ماسک‌های تنفسی و رسپیراتورها:

مقاله: ارتباط بین انتقال کرونا ویروس و استفاده از رسپیراتور N95
نویسندگان: Xinghuon wang و همکاران - ۲۰۲۰

این مطالعه به صورت گذشته نگر در شش بخش یکی از بیمارستان‌های ووهان چین انجام شد. در این مطالعه مشخص گردید که رسپیراتورهای N95 برای عفونت کرونا ویروس موثرتر عمل نموده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که کارکنان درمان که از این نوع رسپیراتور استفاده نمودند و شستشوی مرتب دست را انجام دادند دچار کرونا ویروس نشده‌اند.

مقاله: اثربخشی رسپیراتورهای N95 در مقابل ماسک‌های جراحی در حفاظت از کارکنان مراقبت سلامت از عفونت تنفسی حاد: مطالعه مرور نظامند و متاآنالیز
نویسندگان: Smith و همکاران

این مطالعه با توجه به توصیه‌های متناقض در رابطه با استفاده از محافظ‌های صورت (ماسک‌های جراحی و رسپیراتور N95) توسط کارکنان مراقبت سلامت در انتقال عفونت‌های حاد تنفسی از جمله شبه آنفولانزاها انجام شده است. در این مطالعه مشخص شد علاوه بر این که رسپیراتورهای N95 با توجه به قدرت فیکس بر صورت محافظ‌های بهتری نسبت به ماسک‌های جراحی هستند، اما داده‌ها جهت قضاوت در مورد اثربخشی این ماسک‌های جراحی و رسپیراتور N95 کافی نیست.

مقاله: اثربخشی ماسک‌ها و رسپیراتورهای در مقابل عفونت‌های تنفسی در کارکنان مراقبت سلامت: مطالعه مروری و متاآنالیز

نویسندگان: offeddu و همکاران

در این مطالعه مشخص گردید که اثربخشی ماسک‌های N95 در مقابل ماسک‌های جراحی نسبت به عفونت‌های باکتریایی تنفسی مورد تایید است اما نسبت به شبه آنفولانزاها تایید نشده است.

"بررسی مبتنی بر شواهد استفاده از ماسک‌ها در پاندمی ویروس کرونا"

مقاله: بررسی سیاست‌ها و گایدلاین‌های مبتنی بر شواهد در رابطه با استفاده از ماسک‌ها و ریسپراتورها برای حفاظت از کارکنان مراقبت سلامت: یک مطالعه تحلیلی
نویسندگان: **chughtai و همکاران**
در این مطالعه مشخص گردید که CDC در آنفولانزای همه گیر در موقعیت‌های کم خطر و پر خطر فقط توصیه به استفاده از ریسپراتورها را کرده است. در حالی که WHO ماسک‌ها را در موقعیت‌های کم خطر و ریسپراتورها را در موقعیت‌هایی پر خطر توصیه نموده است.
در هیچ کدام از گایدلاین‌ها و سیاست‌ها در مورد استفاده مجدد، استفاده طولانی مدت و یا مصرف ماسک‌های پارچه‌ای بحث نشده است.
در این مطالعه مشخص گردید کشورهای کم و متوسط درآمد از ماسک‌های پارچه‌ای در اپیدمی‌ها به طور گسترده استفاده می‌کنند. این در حالی است که اطلاعات شفاف و راهنماهای لازم و واضح در این زمینه توسط WHO و CDC ارائه نشده است.

در یک مطالعه که توسط **bin- Reza و همکاران** صورت گرفت بیانگر آن بود که کارایی ریسپراتورهای N95 در صورت استفاده صحیح و کوتاه مدت و فیت کامل با صورت افزایش می‌یابد و قدرت حفاظتی کافی در برابر ویروس‌ها را برای کارکنان فراهم می‌کنند. در این مقاله بهیچ عامل زمان استفاده از ریسپراتور N95 اشاره شده است که با گذشت زمان ذرات (منظور میکروارگانیسم و ویروس‌ها) در لایه‌های ماسک گیر می‌افتند. در نتیجه احتمال عدم کفایت لایه‌ها پس از گذشت زمان مطرح می‌شود.

مقاله: ارزیابی عملکرد سطوح مختلف از ماسک‌های تنفسی در برابر آئروسول‌های ویروسی

نویسندگان: **Wen و همکاران**

مقایسه ریسپراتور N95 ، ریسپراتور N99 و ۵ مدل از ماسک در این مطالعه صورت گرفته است. تمام ماسک‌ها و ریسپراتورها یک بار مصرف بودند و مورد تایید انجمن غذا و دارو بودند. ماسک‌های جراحی و ریسپراتورها توسط پرسنل بیمارستان استفاده می‌شد. نتایج نشان داد که فیت شدن ماسک‌ها بر بازدهی ماسک‌ها تاثیر بیشتری دارد تا نوع آن و با آموزش صحیح در خصوص استفاده از ریسپراتورها کارایی آنها افزایش می‌یابد. همچنین این مطالعه نشان داد که بیش از ۳۰ درصد از پرسنل مراقبت بهداشتی ۸ ساعت مداوم بیشتر نمی‌توانند ماسک رو به علت مشکلات صحبت و ارتباط در صورت خود نگه دارند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد شواهد زیادی مبنی بر جلوگیری از انتقال ویروس‌های بیماری تنفسی در دسترس نیست. ماسک‌های جراحی محافظت خوبی در برابر آئروسول ویروسی ندارند زیرا نمیتوانند فیت کامل در صورت شوند. این ماسک‌ها زمانی که دسترسی به ماسک N95 مقدور نباشد در صورت درست استفاده شدن خوب فیت شدن اثرات ضد عفونی آئروسول دارد و اثرات بسیار عالی دارد.

منابع:

- 1- Wang X, Pan Z, Cheng Z. Association between 2019-nCoV transmission and N95 respirator use. medRxiv. 2020.
- 2- Smith JD, MacDougall CC, Johnstone J, Copes RA, Schwartz B, Garber GE. Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. Cmaj. 2016;188(8):567-74.
- 3- Offeddua V, Yungb C, Lowc M, Tamd C. Effectiveness of Masks and Respirators Against Respiratory Infections in Healthcare Workers: A Systematic Review and Meta-Analysis. Abstracts/International Journal of Infectious Diseases 53S. 2016;4(163):163.
- 4- Chughtai AA, Seale H, MacIntyre CR. Availability, consistency and evidence-base of policies and guidelines on the use of mask and respirator to protect hospital health care workers: a global analysis. BMC research notes. 2013;6(1):216.
- 5- bin- Reza F, Lopez Chavarrias V, Nicoll A, Chamberland ME. The use of masks and respirators to prevent transmission of influenza: a systematic review of the scientific evidence. Influenza and other respiratory viruses. 2012;6(4):257-67.
- 6- Wen Z, Yu L, Yang W, Hu L, Li N, Wang J, et al. Assessment the protection performance of different level personal respiratory protection masks against viral aerosol. Aerobiologia. 2013;29(3):365-72.
- 7- Frequently Asked Questions about Personal Protective Equipment , Available from: <https://www.CDC.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html>
- 8- World Health Organization. Advice on the use of masks the community, during home care and in health care settings in the context of the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. January 29, 2020.
- 9- Centers for Disease Control and Prevention. Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 filtering facepiece respirators in healthcare settings. National Institute for Occupational Safety and Health. 2014.